



Produto	FRASCO PARA COLETA DE SÊMEN
Modelo do Produto Médico	40002031
Nome Técnico	FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Notificação Anvisa	10330710133
Classificação de Risco	I – BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



O Frasco para Coleta de Amostras é fornecido estéril por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

A embalagem de transporte contém 378 frascos estéreis. O produto poderá ser comercializado de forma unitária ou em embalagem com 54 unidades.

Fabricante recomenda o uso único.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Frasco coletor de 100ml, feito em polipropileno transparente de alta qualidade;
- Possui abertura larga, com marcas de graduação moldadas;

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_0133_062024
	FRASCO PARA COLETA DE SÊMEN	Revisão 00
		Página 2 de 3

- Design de tampa de rosca à prova de vazamentos e área para identificação de amostras;
- É fabricado em sala livre de RNase, DNase e Pirogênio;

INDICAÇÃO DE USO

Os frascos são destinados à coleta de fluido de seminal em laboratórios de Inseminação Intrauterina (IUI), Fertilização In Vitro (FIV) e Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI).

Coleta de amostras biológicas para exames e análises laboratoriais.

INSTRUÇÕES DE USO

Coletar o material no frasco e fechar a tampa, evitando contaminação.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente.

PRAZO DE VALIDADE

O produto possui prazo de validade de 5 anos.

ATENÇÃO: observe a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido. A versão do documento está disponibilizada no rótulo do produto e no cabeçalho deste documento. As instruções de uso do produto no formato impresso, podem ser solicitadas sem custo adicional, inclusive de envio, através do e-mail qualidade@handle.com.br.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor da Notificação: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 / Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro
Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br



www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.

Cópia Não Controlada