	INSTRUÇÕES DE USO	IU_TR03001_0424
	PIPETA PASTEUR 3ML DE BULBO	Revisão 00
		Página 1 de 2

Produto	Pipeta Pasteur 3ml de Bulbo
Modelo do Produto	TR03001

Forma de apresentação do produto




O pipeta de Pasteur 3ml é fornecida esterilizada por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 100 unidades, cada embalagem contém 01 unidade do produto.

Especificações do produto

- Graduação em 0,5 ml, 1,00 ml, 1,5 ml, 2,00 ml, 2,5 ml e 3,00 ml facilmente visível;
- Ponta projetada de forma em que as amostras fiquem seguras durante o procedimento e apresentem uma reprodução consistente do tamanho das gotas;
- Pipetas de alta qualidade, ideais para uma ampla variedade de preparação de amostras, mistura de meios, etc.;
- Produzido em molde de acabamento de alta qualidade totalmente automatizado, em sala livre de RNase, DNase e endotoxina;
- Certificado MEA - célula MEA $\geq 80\%$, blastocisto expandido em 96H.

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_TR03001_0424
	PIPETA PASTEUR 3ML DE BULBO	Revisão 00
		Página 2 de 2

Indicação de uso

Aplicações em fertilização in vitro, inseminação intrauterina e manuseio de líquidos.

Condições de armazenamento

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

Prazo de validade

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

DADOS COMPLEMENTARES:

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

www.handle.com.br

Fabricante:

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.

Cópia Não Controlada