
	<b>INSTRUÇÕES DE USO</b>	<b>IU_40002005_0424</b>
	<b>TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO DE FUNDO CÔNICO DE 15ML</b>	<b>Revisão 00</b>
		<b>Página 1 de 2</b>

Produto	<b>Tubo de Centrifugação de Fundo Cônico de 15ml</b>
Modelo do Produto	<b>40002005</b>

### **Forma de apresentação do produto**



O tubo de centrifugação de fundo cônico de 15ml é fornecido esterilizado por Radiação Gama. Estéril se a embalagem não estiver aberta ou danificada.

Pacote com 50 unidades, cada embalagem contém 01 unidade do produto.

### **Especificações do produto**


- Fabricado em polipropileno transparente e alta qualidade, tampa de rosca à prova de vazamento;
- Possui grande área de escrita de identificação de amostra;
- Pode ser centrifugado até 16.000 RCF;
- Fabricado em sala livre de RNase, DNase e Pirogênio;
- Certificado MEA - célula MEA  $\geq 80\%$ , blastocisto expandido em 96H.

### **Indicação de uso**

O tubo é indicado para separação de células, armazenamento de amostras, manuseio de líquidos.

### **Condições de armazenamento**

Este produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco.

	INSTRUÇÕES DE USO	IU_40002005_0424
	TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO DE FUNDO CÔNICO DE 15ML	Revisão 00
		Página 2 de 2

**Prazo de validade**

O produto possui prazo de validade de 3 anos.

**DADOS COMPLEMENTARES:**

Detentor do Registro: Handle Comércio de Equipamentos Médicos LTDA.

CNPJ: 54.756.242/0001-39 /Rua Profa. Regina Lúcia Bin Caun, 290 /Jardim Porto Seguro

Ribeirão Preto – SP /CEP: 14079-602 /

SAC: 16 3456-1400/ qualidade@handle.com.br

[www.handle.com.br](http://www.handle.com.br)

**Fabricante:**

Arck Technologies Innovation Pvt. Ltd.

B2-704, Boomerang, Chandivali Farm Road, Powai, Mumbai – 400072, India.

Cópia Não Controlada