

## Comunicado de Ação de Campo voluntária

---

Ribeirão Preto, 06 de Setembro de 2024.

Prezado cliente,

A Handle está promovendo a ação de campo voluntária do lote **71004065** do produto FIO GUIA HI-WIRE E COM NÚCLEO NITINOL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, referência **HW-035150**, notificação ANVISA MS Nº **10330719004**.

A Handle iniciou a ação de campo voluntária dos produtos supracitados devido a uma falha na confecção da rotulagem de nacionalização do produto.

Ao confeccionar a rotulagem foi informada a data de validade de 15/08/2026, no entanto, a data de validade informada pelo fabricante é de **07/08/2026**.

É possível conferir a informação correta na rotulagem do fabricante que também está presente na embalagem do produto.

Informamos que essa falha não compromete a qualidade e o desempenho do produto, desde que utilizado dentro do prazo de validade, assim como preservando as condições de manuseio e armazenamento estipuladas pelo fabricante.

Disponibilizamos o nosso Atendimento ao Cliente Handle através do e-mail [qualidade@handle.com.br](mailto:qualidade@handle.com.br), para que manifeste o interesse em substituir o produto afetado até o dia 06/10/2024. Entenderemos que não houve necessidade de substituição do produto após essa data.

Agradecemos sua imediata assistência e compreensão.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Departamento de Qualidade